

## ■ 臨床工学科

### 2019年度 ME機器管理・修理状況

#### 【使用前後点検回数】

機器名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
輸液ポンプ	196	179	168	198	237	199	187	167	170	189	196	106	2,192
シリンジポンプ	138	131	170	170	183	139	144	149	123	129	172	61	1,709
人工呼吸器	14	3	7	5	5	8	5	7	12	10	2	2	80

#### 【院内修理件数】

機器名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
輸液ポンプ	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	7
シリンジポンプ	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
人工呼吸器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血圧計	4	6	2	1	6	1	1	2	2	5	4	3	37
パルスオキシメータ	3	0	1	4	2	0	0	0	0	1	1	0	12

#### 【院外修理件数】

機器名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
輸液ポンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シリンジポンプ	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
人工呼吸器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血圧計	0	0	0	1	1	1	0	0	4	2	1	0	10
パルスオキシメータ	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	5
モニター	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	6

### 2019年度 血液浄化治療件数

疾患名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
血液透析	2	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	7
SLED	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
持続緩徐式血液濾過透析	0	0	2	3	5	0	0	0	0	2	0	0	12
エンドトキシン吸着	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
G-CAP/L-CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血漿吸着 (Bil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単純血漿交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹水濾過濃縮再静注	9	8	4	4	5	10	6	4	9	9	2	12	82
《合計》	13	9	7	10	10	10	6	4	11	11	2	12	105

### 2019年度 高圧酸素療法治療数

疾患名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
腸閉塞	0	3	4	0	0	4	0	0	0	5	0	0	16
突発性難聴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
脳梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
壊疽	0	0	0	0	5	5	0	1	25	16	8	0	60
放射線治療後出血	7	3	0	0	0	19	11	0	0	0	0	0	40
CO中毒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO	0	9	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	20
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
《合計》	7	15	5	0	6	37	11	1	25	23	18	10	158

## 2019年度 心臓カテーテル検査件数

[全体]

検査名 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
CAG	30	30	34	38	49	34	30	31	31	33	42	41	423
PCI	10	17	16	14	19	8	13	15	12	11	12	15	162
S-G	11	6	5	4	4	3	2	5	5	5	5	4	59
Ach(イルコ)	3	0	4	1	1	2	3	3	1	3	2	0	23
PMI	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	2	0	11
《合計》	55	54	59	58	74	47	49	55	51	53	63	60	678

## 2019年度 自己血回収装置

診療科 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	《合計》
外科	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
整形外科	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	6
《合計》	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	1	7